



Hallraum

Allgemeines

Standort	D-45307 Essen
Messgröße	Schalleistung, Schallabsorption, Schalldämmung von Rohren
Normen	DIN EN ISO 3741, DIN EN ISO 354, DIN ISO 15665
Messobjekte	Geräte, Maschinen und Anlagen aller Art, Rohre, schallabsorbierende Materialien

Technische Daten

Grundfläche	50,6 m ²
Raumvolumen	200,0 m ³
Türen (B x H)	1,93 m x 2,06 m, 0,91 m x 2,06 m

Weitere Informationen



- Zur Be- und Entladung kann die Prüfhalle direkt per Lkw erreicht werden.
- Für die Montage von schweren Bauelementen steht ein Gabelstapler bereit.
- Die Lagerung von Bauelementen kann auf Wunsch im Vorfeld der Prüfung vereinbart werden.

Ansprechpartner vor Ort:

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Herr Dipl.-Ing. Dirk Hausrad
Am Technologiepark 1
D-45307 Essen
Tel.: +49 (0)201 825-3362
E-Mail: dhausrad@tuev-nord.de

Mess- und Prüfeinrichtungen: Hallraum

Abmessungen



Grundriss Hallraum



Seitenansicht Hallraum